



תעודת בדיקה מס' 8612362654
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי החזמנה:

שם המזמין : ש.א.ג. שרותי רפואה בע"מ
כתובת : פארק תעש. שער בני. ת.ד. 4489
עיר : ירושלים, 91044
תאריך החזמנה: 12.12.06
הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין

תאור המוצר:

שם המוצר: מכשיר דיפיברילטור
הדגם : SAM 300-PAD
שם היצרן : HEARTSINE
ארץ היצור: USA

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות הסעיפים של התקן הישראלי ת"י 1011
"ציוד חשמלי לשימוש רפואי - דרישות בטיחות כלליות" מה אריך 3/98

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות

א. המוצר הינו מכשיר מסוג: III מטיפוס: CF
ב. המכשיר נבדק ונמצא מתאים לדרישות התקן.
/2..

תאריך הדנוסת המסמך: 21.12.06

שם מבצע: רומנו שלום

שם החותם: אפראימוב לאון

ופקידו: טכנאי בודק

תפקידו: טכנאי בודק

תאריך: 22.12.06

תאריך: 22-12-2008

חתימה:

חתימה:

המסמך זה אינו חתום, לשימוש חריג בלבד

המעבדה לאלקטרוניקה ותקשוב

מכון התקנים הישראלי



תעודת בדיקה מס' 8612362654

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

HEARTSINE : נוס היצרן:
USA

SAM 300-PAD : דגם:

מכשיר דיפיביליטור

מידות המכשיר בקירוב הן: 5 X 18 ס"מ

בחזית המכשיר מסומן:
SAHARITAN
PAD

בגב המכשיר מסומן:
SAM-PAD
HEARTSINE
SAM 300
CLASS III TYPE CF
IP 56
POWER SUPPLY
LITHIUM BATTERY 18 VDC



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לאלקטרוניקה ותקשוב

דף מס' 3 מתוך 3 דפים

תעודת דיקה מס' 8612362654

מס' סעיף בתקן	התכונה נבדקת	חערות / ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
5	דירוג		מתאים
6	סימון ומסמכים		מתאים
15	הגבלת מתח חוץ		מתאים
16	מעטפות וכיסוי הגנה		מתאים
17	בידוד		מתאים
19	זרמי זליגה		מתאים
20	חוזק דיאלקטי		מתאים
21	חוזק מכני		מתאים
22	חלקים נעים		מתאים
24	יציבות		מתאים
36	תאימות אלקטרומגנטית		מתאים
43	הגנה מפני אש פנימית		מתאים
49	ניתוק ספק כוח		מתאים
52	פעולה בתנאי תקלה		מתאים
56	רכיבים ומבנה		מתאים
57	רכיבים וצורה		מתאים
59	מבנה וסידור פנימי		מתאים

מסמך זה אינו חייב להיות מוגש למעבדה לאלקטרוניקה ותקשוב