

וזאת לתעודה

כי מכשיר AED של Heartsine

PAD SAM 300

עבר את בדיקתנו בתאריך 15/12/2006

ובה נמצא:

1. פרוטוקול הפעלה תואם הנחיות של AHA 2006

2. Sensitivity 96%

3. Specificity 100 %

בנגיב גבריאל
מדריך ACLS מוסמך

